



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



MAPA DE APURAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO					
1	<p>ANALISADOR HEMATOLOGICO: ANALISADOR HEMATOLÓGICO COM METODOLOGIA DE LEITURA POR IMPEDÂNCIA ELÉTRICA, FOTOMETRIA COM REAÇÃO LIVRE DE CIANETO DE 20 PARÂMETROS (WBC, LYM %, LYM #, MID %, MID#, GRAN%, GRAN#; RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW%, RDWA; PLT, MPV, PDW. PCT, LPCR). DIFERENCIAL EM TRÊS PARTES. VELOCIDADE MÍNIMA DE 65 AMOSTRAS/HORA; VOLUME DE ASPIRAÇÃO DE NO MÍNIMO 20UL DE SANGUE TOTAL; MEMÓRIA MÍNIMA DE 1.000 RESULTADOS. TOUCH SCREEN. PERMITE A VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS JUNTAMENTE COM CADA HISTOGRAMA OU COM O INTERVALO DE REFERÊNCIA 01 PARA CADA PARÂMETRO; LIBERAÇÃO DE FLAGS PARA RESULTADOS FORA DA NORMALIDADE; HOMOGENEIZADOR DE AMOSTRAS INTEGRADO; TELA COLORIDA DE CRISTAL LÍQUIDO (TOUCH SCREEN); CADASTRO DE AMOSTRAS MANUAL OU VIA LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS; INTERFACE ATRAVÉS USB, RS 232; SISTEMA DE PIPETAGEM COM SONDAS INDEPENDENTES PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE TOTAL, AMOSTRAS PRÉ-DILUÍDAS E DISPENSAÇÃO DO DILUENTE SOFTWARE AMIGÁVEL QUE PERMITE VISUALIZAR E IMPRIMIR GRÁFICOS DE LEVEY JENNING COM OS CONTROLES OU COM AMOSTRAS (GRÁFICO X-B); CONJUNTO DE REAGENTES PARA A EXECUÇÃO DE HEMOGRAMA COMPLETO EM SANGUE HUMANO, ACOMPANHANDO CONJUNTO SOLUÇÃO LISANTE DAS HEMÁCIAS PERMITINDO A DOSAGEM DA HEMOGLOBINA E A CONTAGEM E DIFERENCIAÇÃO DOS LEUCÓCITOS E SOLUÇÃO DILUENTE DOS ELEMENTOS FIGURADOS DO TESTE DE SANGUE, PERMITINDO A SUA CONTAGEM NOS ANALISADORES QUE EXPRESSEM AS CONTAGENS GLOBAIS DE LEUCÓCITOS, HEMÁCIAS, PLAQUETAS, A DETERMINAÇÃO DA HEMOGLOBINA (HB) E DO HEMATÓCRITO (HT). ACOMPANHAR IMPRESSORA QUE MELHOR SE ADAPTE AO APARELHO E A RELAÇÃO CUSTO/BENEFÍCIO DO COTIDIANO LABORATORIAL DO COMPRADOR PARA A IMPRESSÃO DOS RESULTADOS. CAPA DE PROTEÇÃO, 01 LÂMPADA SOBRESSALENTE. BIVOLT</p>	UND	1	36.000,00	36.000,00	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



2	<p>ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI AUTOMÁTICO: ANALISADOR; PARA LABORATORIO BIOQUÍMICO SEMI-AUTOMÁTICO- BIOQUÍMICA (COLORIMÉTRICA, ENZIMÁTICA E CINÉTICA) • TURBIDIMETRIA (PADRÃO, FATOR OU CURVA DE PADRÕES) • APARELHO EQUIPADO COM FILTROS DE CAMADA DE LONGA DURABILIDADE • 90 POSSIBILIDADES DE PROGRAMAÇÃO PARA QUALQUER REAGENTE NO SISTEMA ABERTO • FAIXA DE LEITURA: 0,100 A 3,500 ABS • MONOCROMADOR COM 7 FILTROS:340,0405,0505,0578,0620 E 670NM. • BANDA DE PASSAGEM 10NM PARA 340 E 06 NM PARA OS DEMAIS FILTROS • LUZ ESPÚRIA: < 0,01% T • LEITURAS MONOCROMÁTICAS E BICROMÁTICAS • FLUXO CONTÍNUO DE 150 µL A 2,0ML • CUBETA DE FLUXO METÁLICA DE 32µL TERMOSTATIZADA PARA 25,30,37 +/- 0,1°C. • CONTAMINAÇÃO CUBETA: < 1% COM 500µL(TESTE COM SOLUÇÃO DE DICROMATO DE POTÁSSIO) • LEITURAS EM ABSORBÂNCIA, PONTO FINAL, CINÉTICA, TEMPO FIXO,DIFERENCIAL, CINÉTICA MÚLTIPLA. • LEITURAS COM PADRÃO, MULTIPADRÃO E FATOR. • ESTATÍSTICAS DE CONTROLE DE QUALIDADE COM GRÁFICO DE LEVEY JENNINGS • IMPRESSÃO DOS RESULTADOS COM IMPRESSORA GRÁFICA INCORPORADA • LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO DE LONGA DURABILIDADE • CONTROLE COMPLETO DA REAÇÃO CINÉTICA OU COLORIMÉTRICA • ALIMENTAÇÃO: 110,127,240 VOLTS 35 VA</p>	UND	1	16.000,00	16.000,00
---	---	-----	---	-----------	-----------



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



3	<p>MICROSCOPIO BIOLÓGICO BINOCULAR: SÓLIDO, FÁCIL DE OPERAR E CONFIÁVEL PARA UTILIZAÇÃO ROTINEIRA CLÍNICA, com OBJETIVAS ACROMÁTICAS DE PLANO C CORRIGIDAS AO INFINITO QUE OFERECEM EXCEPCIONAL PLANIFICAÇÃO, PRODUZINDO IMAGENS NÍTIDAS E CLARAS ATÉ OS LIMITES DO CAMPO DE VISÃO (4X, 10X, 40X, 100X ÓLEO); OCULARES DE F.N. 20; TRATAMENTO ANTIFUNGO PARA AJUDAR A PROTEGER AS PEÇAS ÓPTICAS MESMO EM REGIÕES COM ELEVADA UMIDADE; COM REVÓLVER PORTA-OBJETIVA GIRATÓRIO QUÁDRUPLO VOLTADO PARA DENTRO PARA MELHORAR O ACESSO E POSSIBILITAR A TROCA DE LÂMINAS DE MANEIRA RÁPIDA E FÁCIL; CONDENSADOR FIXO ABBE N.A. DE 1.25 COM CENTRALIZAÇÃO E FOCALIZAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO TIPO KÖHLER UMA LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE 6V/30W FORNECE AMPLA ILUMINAÇÃO PARA QUALQUER OBSERVAÇÃO; COM CONVENIENTES ALÇAS PARA TRANSPORTE, LOCALIZADAS NA PARTE FRONTAL E NA PARTE POSTERIOR; BATENTE DE CAMPO INTEGRADO; CONTROLES X E Y POSICIONADOS EM PLANO BAIXO COM MANIPULADORES ERGOMÉTRICOS PARA FACILITAR A OPERAÇÃO;</p> <ul style="list-style-type: none">• SISTEMA ÓPTICO: SISTEMA ÓPTICO UIS (UNIVERSAL CORRIGIDO AO INFINITO);• ILUMINAÇÃO: ILUMINADOR TIPO KOEHLER DE LUZ TRANSMITIDA EMBUTIDO, LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE 6V/30W, 100-120V/220-240V ~ 0.85/0.45A 50/60HZ;• FOCALIZAÇÃO: MOVIMENTO DE ALTURA DA PLATINA ATRAVÉS DE GUIA DE ROLETE (PINHÃO E CREMALHEIRA), DESLOCAMENTO POR ROTAÇÃO: 36.8MM, FAIXA TOTAL DE DESLOCAMENTO: 25MM, LIMITE SUPERIOR RESTRITO POR DISCO SIMPLIFICADO DE PRÉ-FOCALIZAÇÃO, AJUSTE DE TENSÃO NO BOTÃO DE AJUSTE DE FOCO MACROMÉTRICO; REVÓLVER PORTA-OBJETIVA GIRATÓRIO: REVÓLVER PORTA-OBJETIVA QUÁDRUPLO FIXO COM INCLINAÇÃO PARA DENTRO; <p>PLATINA: TAMANHO: 188MM (L) X 134MM (P); FAIXA DE MOVIMENTAÇÃO: 76MM NA DIREÇÃO X E 50MM NA DIREÇÃO Y; PORTA-ESPÉCIME: SUPORTE DUPLO PARA LÂMINA;</p> <ul style="list-style-type: none">• MANIPULADOR DE BORRACHA: EQUIPADO DE FÁBRICA; CONDENSADOR: ABBE COM FILTRO PARA LUZ DO DIA EMBUTIDO, N.A.: 1.25 COM IMERSÃO EM ÓLEO, ABERTURA NO DIAFRAGMA: INTEGRADA; DIMENSÕES E PESO: 233MM (L) X 411MM (A) X 367.5MM (P), APROXIMADAMENTE 8KG. BIVOLT	UND	1	4.000,00	4.000,00
---	---	-----	---	----------	----------



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

4	AGITADOR DE KLINE: AGITADOR DE KLINE. .AGITADOR PARA PLACA DE VDRL, MATERIAL: CONSTRUÍDA EM AÇO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PINTADO COM FINO ACABAMENTO EPÓXI TEXTURIZADO; PLATAFORMA DE 305 X 305 MM COM MANTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE E PRESILHA TIPO ESPIRAL PARA ACOMODAR FRASCOS, COM PAINEL FRONTAL COM INTERRUPTOR, VELOCIDADE: AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE REOSTATO ELETRÔNICO NA VELOCIDADE DE 70 A 240 RPM, VOLTAGEM: 220V	UND	1	1.100,00	1.100,00
5	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA PARA LABORATÓRIO 21 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA PARA LABORATÓRIO 19 LITROS - AUTOCLAVE AUTOMÁTICA; CÂMARA CILÍNDRICA CONSTRUÍDA DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT; CONJUNTO MONTADO SOBRE ESTRUTURA EM AÇO E SUPORTE REMOVÍVEL PARA TRÊS PRATELEIRAS PERFURADAS EM AÇO INOXIDÁVEL E COM PROFUNDIDADE ADEQUADA PARA INSTRUMENTOS DE DIMENSÃO EFETIVA ATÉ 41 CM; PORTA EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, COM GUARNIÇÃO DE SILICONE, COBERTURA EXTERNA EM TERMOPLÁSTICO; SISTEMA DE TRAVAMENTO QUE IMPEDE SUA ABERTURA DURANTE O PROCESSO, BEM COMO, INTERRUPTOR QUE IMPEDE O FUNCIONAMENTO COM A PORTA ABERTA. CORPO TOTALMENTE EM ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL; RESERVATÓRIO INTERNO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; PAINEL AUTOMÁTICO QUE PERMITEM A ESTERILIZAÇÃO EM TEMPERATURAS DE 120 A 140 GRAUS CELSIUS; LEITURA ATRAVÉS DE DISPLAY, O QUAL, MOSTRA ATEMPERATURA, A PRESSÃO, O TEMPO DE PROCESSO E O ESTÁGIO DO PROCESSO; SISTEMA COMPLETO DE PROTEÇÃO AO OPERADOR E AO EQUIPAMENTO, ATRAVÉS DE ALARMES QUE INTERROMPEM O PROCESSO CASO VENHA A OCORRER ALGUM PROBLEMA; SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICA ATRAVÉS DE FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO E TERMOSTATO DE SEGURANÇA QUE IMPEDE DANOS AO SISTEMA CASO OCORRA FALHA OPERACIONAL; VÁLVULA DE SEGURANÇA INSTALADA NO RESERVATÓRIO; RESISTÊNCIAS DE AQUECIMENTO BLINDADAS ACOPLADAS EXTERNAMENTE A CÂMARA E ISOLADAS COM MANTA DE LÃ DE VIDRO, EVITANDO AS INDESEJÁVEIS CONTAMINAÇÕES E INCRUSTAÇÕES QUE OCORREM NAS RESISTÊNCIAS DE IMERSÃO; PÉS DE BORRACHA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DO EQUIPAMENTO; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 19 LITROS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V. MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS.	UND	1	3.800,00	3.800,00
6	BANCO MOCHO COM ENCOSTO: BANCO MOCHO COM ENCOSTO - BANCO MOCHO COM ENCOSTO, SISTEMA GIRATÓRIO A GÁS, REGULAGEM DE ALTURA INDIVIDUAL, ASSENTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. DEVE POSSUIR RODÍZIOS PARA DESLOCAMENTO.	UND	1	340,00	340,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

7	BANHO-MARIA CAPACIDADE 120 TUBOS: BANHO-MARIA . CAPACIDADE 120 TUBOS- PARA SOROLOGIA E TRABALHOS DE INATIVAÇÃO; CONSTRUÇÃO METÁLICA, INTERNAMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL E EXTERNAMENTE EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM FINO ACABAMENTO EM EPÓXI TEXTURIZADO; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA DE IMERSÃO, DE LONGA DURABILIDADE E FACILMENTE RECAMBIÁVEL; TAMPA TIPO PINGADEIRA EM AÇO INOX; FURO NA TRASEIRA PARA COLOCAÇÃO DE TERMÔMETRO DE MERCÚRIO; CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO HIDRÁULICO DE PRECISÃO DE $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, UNIFORMIDADE DE $\pm 1^{\circ}\text{C}$ E LÂMPADA PILOTO, EMBUTIDOS NA PARTE FRONTAL DO APARELHO; ACOMPANHA OITO ESTANTES DE PLÁSTICO TRANSPARENTE; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: ATÉ 60°C ; LIGAÇÃO; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 120 TUBOS; VOLTAGEM: 220V. TERMÔMETRO DE MERCÚRIO INCLUIDO	UND	1	1.700,00	1.700,00
8	CAIXA TERMICA EM PLASTICO COR VERMELHA: CAIXA TERMICA EM PLASTICO, COR VERMELHA - CAIXA TÉRMICA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, LAVÁVEL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO, VACINAS, ALIMENTOS. CARACTERÍSTICAS: TAMPA FIXA COM TRAVA, ALÇA DE SUPORTE, MATERIAL ATÓXICO, CAPACIDADE DE 30 LITROS.	UND	1	500,00	500,00
9	CAIXA TERMICA EM PLASTICO COR VERMELHA: CAIXA TERMICA EM PLASTICO, COR VERMELHA - CAIXA TÉRMICA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, LAVÁVEL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO, VACINAS, ALIMENTOS. CARACTERÍSTICAS: TAMPA FIXA COM TRAVA, ALÇA DE SUPORTE, MATERIAL ATÓXICO, CAPACIDADE DE 15 LITROS.	UND	1	240,00	240,00
10	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO: CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO, SEM BRAÇO, GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO RECLINÁVEL, NA COR PRETA OU CINZA, ESTRUTURA EM FERRO PINTADO, COM RODÍZIOS EM POLIPROPILENO	UND	1	200,00	200,00
11	CENTRIFUGA PARA LABORATORIO: CENTRIFUGA PARA LABORATORIO -COM ROTOR PARA 16 TUBOS DE 12 X 75 MM REMOVÍVEL, MULTIPLAS VELOCIDADE, TIMER DE TEMPO MULTIPLO, FREIO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA NA TAMPA,TACÔMETRO ELETRÔNICO, ALARME SONORO VISUAL, PAINEL DIGITAL FRONTAL COMVISUALIZAÇÃO DE VELOCIDADE, TEMPO, ALARME E FREIO. 220 V.	UND	1	2.400,00	2.400,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

12	<p>CONTADOR DIFERENCIAL DE CÉLULAS MANUAL DIGITAL: DESTINA-SE À CONTAGEM MANUAL DE CÉLULAS, INFORMANDO O VALOR TOTAL E OS SUBTOTAIIS. FUNÇÕES TIMER (CONTROLE DE UM TEMPO PRÉ-DETERMINADO) E CRONÔMETRO, POSSUINDO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: 11 TECLAS, SENDO 09 TECLAS DE CONTAGEM E 2 TECLAS DE FUNÇÃO. VISOR DIGITAL. REGISTRO DE LEUCÓCITOS, INFORMANDO VALORES TOTAIS E SUBTOTAIIS. POSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE ATÉ 999 CÉLULAS. CONTAGEM DE ERITROBLASTOS EM SEPARADO, ALARME SONORO E BLOQUEIO AUTOMÁTICO A CADA 100 (CEM) CÉLULAS CONTADAS. FUNÇÃO TIMER COM POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE TEMPOS DE ATÉ 9 HORAS E 59 MINUTOS. CRONOMETRAGEM DE ATÉ 9 MINUTOS E 59 SEGUNDOS. TECLADO DE ALTA DURABILIDADE, CAPAZ DE SUPORTAR UMA QUANTIDADE ELEVADA DE TOQUES. ALIMENTAÇÃO BIVOLT - 127/220V, 60 HZ (SELECIONÁVEL NA FONTE DO EQUIPAMENTO). BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (POTÊNCIA MÁXIMA CONSUMIDA: 3W). PESO APROXIMADO (SEM EMBALAGEM): 280 G. [FONTE DE ALIMENTAÇÃO: +200 G. DIMENSÕES APROXIMADAS (SEM EMBALAGEM): (LXAXP) 205 X 50 X 110 MM.</p>	UND	1	1.100,00	1.100,00
13	<p>ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM - COM ESTRUTURA EXTERNA EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA EM EPÓXI ELETROSTÁTICO; CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM POLIMENTO TIPO ESPELHO NAS ESTUFAS PARA 300 GRAUS CELSIUS; CÂMARA DE PRÉ-AQUECIMENTO E CIRCULAÇÃO DO AR POR CONVECÇÃO NATURAL; PORTA COM FECHO, PERMITINDO A FÁCIL COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS NO INTERIOR DA CÂMARA; VEDAÇÃO DA PORTA COM PERFIL DE SILICONE; TRINCO DE PRESSÃO PARA OFERECER UM BOM FECHAMENTO DA PORTA; TRÊS TRILHOS NA CÂMARA INTERNA PARA MOVIMENTAR A BANDEJA; FAIXA DE TRABALHO ATÉ 300 GRAUS CELSIUS; CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL; TEMPERATURA MÍNIMA 15 GRAUS CELSIUS ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE; HOMOGENEIDADE DA CÂMARA: ± 5 GRAUS CELSIUS; SISTEMA PARA A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V; ACESSÓRIOS: UMA PRATELEIRA, UM TERMÔMETRO. APRESENTAR MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS.</p>	UND	1	1.400,00	1.400,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

14	HOMOGEINIZADOR HEMATOLOGICO: HOMOGENEIZADOR DE SANGUE, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PARA USO CLÍNICO E DE LABORATÓRIO EM GERAL. HOMOGENEIZADOR CAPAZ DE MANTER AS CÉLULAS SANGÜÍNEAS EM SUSPENSÃO HOMOGÊNEA NOS EXAMES HEMATOLÓGICOS; PERMITIR A COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS TUBOS/FRASCOS COM O APARELHO EM FUNCIONAMENTO; SUPORTE COM GARRAS, GIRADO POR MOTOR ELÉTRICO COM VELOCIDADE REGULÁVEL; CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 24 FRASCOS DE 14 A 22 MM OU 22 TUBOS DE 10 A 13 MM DE DIÂMETRO; GABINETE DEVE SER METÁLICO COM REVESTIMENTO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO E/OU REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO. OS PÉS DEVEM SER DO TIPO VENTOSA, PARA MELHOR ADERÊNCIA E ABSORÇÃO DE VIBRAÇÃO; VOLTAGEM DE 110/220 V	UND	1	1.900,00	1.900,00
15	BANDEJA SIMPLES EM AÇO INOX PARA CORAR 11 LAMINAS: UTILIZADA PARA COLORAÇÃO DE LÂMINAS, PARA ANÁLISE HISTOLÓGICA, PATOLÓGICA OU MICROBIOLÓGICA. CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOX 304. POSSUI UM VARAL COM AJUSTE INCLINÁVEL, CAPACIDADE PARA COLORAÇÃO DE 11 LÂMINAS E BANDEJA COM SISTEMA DE ESCOAMENTO DO LÍQUIDO DE COLORAÇÃO PARA EVITAR DISPERDÍCIO.	UND	1	340,00	340,00
16	CORADOR DE LÂMINAS HEMATOLOGICOS: SISTEMA DE COLORAÇÃO DE LÂMINAS MANUAL PARA PROCEDIMENTOS EM HEMATOLOGIA. POSSUI 3 CUBAS COM TAMPA DE 250 ML E 1 BERÇO PARA 25 LÂMINAS NA POSIÇÃO VERTICAL QUE NÃO MOLHAM AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO. CUBA E BERÇO EM NYLON ESPECIAL RESISTENTE AO XILOL E ÁLCOOL PODENDO SER UTILIZADOS EM MICRO ONDAS E EM ESTUFA A 70° POR ATÉ 15 MINUTOS. BASE EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES: 22X14X18 CM PESO: 0,5 KG	UND	1	1.900,00	1.900,00
17	POLTRONA RECLINÁVEL PARA COLETA DE SANGUE: POLTRONA RECLINÁVEL PARA COLETA DE SANGUE -ENCOSTO RECLINÁVEL; REGULAGEM DE DISTÂNCIA E ALTURA DO SUPORTE PARA BRAÇO; ENCOSTO DE CABEÇA MÓVEL. LARGURA MÁXIMA 76 CM, LARGURA INTERNA ENTRE OS BRAÇOS 53CM, ALTURA DO ASSENTO SOMENTE Á PARTE SUPERIOR ENCOSTO 100 CM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR REDONDO .ESTOFADO CURVIM, ESPUMA LAMINADA .ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR PADRÃO (BRANCA).	UND	1	1.700,00	1.700,00
				TOTAL	74.620,00

João Lisboa (MA), 20 de Março 2020

Marcos Venício Vieira Lima
Pregoeiro

Charles Henrique Xavier
CPX-COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.